

华测计量检测有限公司

CTI MEASUREMENT AND TESTING CO., LTD.

校准证书

Calibration Certificate

报告号
Report No.证书编号
Certificate No.

C2405071270099

第 1 页 共 3 页
Page of委托单位
Customer

国药控股广州医疗管理有限公司

委托单位地址
Address

广州市越秀区德政北路538号十楼北向1010-1012房

器具名称
Name of instrument

无线温湿度检测仪

型号规格
Model

ZHTH-010

制造商
Manufacturer

出厂编号
Serial No.

ZHT12108A058

管理编号
Management No.

接收日期
Received date

2024/05/08

校准日期
Calibration date


2024/05/11

发布日期
Issue date

2024/05/14

建议下次校准日期
Next calibration date

2025/05/10

批准
Approved by 雷增富审核
Inspected by 桂绍普校准
Calibrated by 江澎

总部地址：广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源科技创新园B、C栋

Building B,C, Taohuayuan Sci-Tech Innovation Park, Tiegang Community, Xixiang Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

实验室地址：广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源科技创新园B、C栋

Laboratory address :Building B and C, Taohuayuan Sci-Tech Innovation Park, Tiegang Community, Xixiang Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

邮编：518101
Post code电话：86-755-33682045
Tel.传真：86-755-33683385
Fax电子邮箱：calibration@cti-cert.com
E-mail

说明

Directions

证书编号 C2405071270099
Certificate No.

第 2 页 共 3 页
Page of

- 本证书校准结果均可溯源至国际单位制 (SI) 单位。**
The results are traceable to International System of Units(SI).
- 证书未盖本公司证书/报告章及骑缝章无效。未经本公司书面批准, 不得部分复制此证书。**
Any certificate is deemed to be invalid without both the certificate/report seal and its across-page seal. This certificate shall not be copied partly without the written approval.
- 本证书校准结果只与受校准仪器有关。如证书中的英文内容与中文内容有差异, 以中文为准。**
The results relate only to the items calibrated. In case of any discrepancy between the English version and Chinese version of the certificate(if generated), the Chinese version shall prevail.
- 本次校准的技术依据:**
Reference documents for the calibration
JJF 1076-2020 数字式温湿度计校准规范

5. **本次校准所使用的主要计量标准器具:**
Main measurement standards used in the calibration

名称/型号规格 Name/Model	编号 Serial No.	测量范围 Measurement range	计量特性 Technical characteristic	证书号/溯源机构 Certificate No./Traceability to	有效期 Due date
精密露点仪(露点) DEW STAR R-1M-0/R-1S-O	003F23	(-20~+40)°CDP	一级	HXsp2023-03173 中国计量科学研究院	2024/11/27
精密露点仪(温度) DEW STAR R-1M-0/R-1S-O	003F23	(-40~+100)°C	$U=0.05^{\circ}\text{C}, k=2$	C2312112660007 华测计量检测有限公司 上海市计量测试技术研究院	2024/12/10

6. **校准地点、环境条件:**
Place and environment condition during calibration
地点: 本实验室热工室(3)
Place
温度: 23.9°C
Temperature

相对湿度: 56%
R.H.

校准结果

Results of calibration



第 3 页 共 3 页
Page of

证书编号 C2405071270099
Certificate No.

1. 外观及工作正常性检查
Appearance and function check
正常 Normal

2. 修正值:
Corrected Value

温度部分

Temperature part

校准点(°C) Calibration point	修正值(°C) Corrected Value	允差(°C) MPE	扩展不确定度 (k=2) Expanded Uncertainty
-15	-0.08	±0.50	U= 0.20°C
5	+0.28	±0.50	U= 0.20°C
15	+0.07	±0.50	U= 0.20°C
25	+0.20	±0.50	U= 0.20°C

湿度部分 (温度点 20 °C)

Humidity section

校准点(%RH) Calibration point	修正值(%RH) Corrected Value	允差(%RH) MPE	扩展不确定度 (k=2) Expanded Uncertainty
40	-2.0	±5.0	U= 1.5%RH
60	-2.0	±5.0	U= 1.5%RH
80	+2.0	±5.0	U= 1.5%RH

备注:

Notes

- 依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示。
According to JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement.
- 按校准结果使用。
Using according to the results of calibration.
- 允差由客户提供。
Permissible error is provided by the customer.
- 按客户要求校准。
Calibrated according to the customer request.

以下空白
Blank below